



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения: 391351, Россия, область Рязанская, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, улица Янина, 25, основной государственный регистрационный номер 1026200861620

Телефон: +74912513565 Адрес электронной почты: bogomolov@elamed.com

в лице Генерального директора Панина Максима Николаевича

заявляет, что Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный «АЛМАГ-01» (товарный знак «АЛМАГ»).

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения: 391351, Россия, область Рязанская, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, улица Янина, 25

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

602101, Россия, Владимирская область, Меленковский район, город Меленки, улица Железнодорожная, дом 3

391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, улица Янина, дом 25

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9444-004040279992-99 «Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01» (товарный знак «АЛМАГ»)

— Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 90 840 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 2019.D-147.09EZ от 07.10.2019 года Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "МедТестПрибор", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МП26

Копии эксплуатационных документов, Перечня стандартов, указанных в ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», требованиям которых должна соответствовать продукция, Регистрационного удостоверения № ФСР 2007/00136 от 21.06.2019, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2 ГОСТ 30969-2002 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний". Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.10.2024 включительно.



Панин Максим Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AM04.B.02366/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2019